

酸素濃度測定性能比較表

標準ガス	回	ガスクロマトグラフ	ファーマック(HACH)
O ₂ 0.39%	1	0.47	0.40
	2	0.58	0.40
	3	0.63	0.41
	4	0.76	0.33
	5	0.64	0.43
	6	0.48	0.38
	7	0.77	0.41
	8	0.92	0.41
	9	0.84	0.41
	10	-	0.31
	平均	0.74	0.39
	偏差	0.16	0.04
	標準ガス	回	ガスクロマトグラフ
O ₂ 1.99%	1	2.09	2.01
	2	2.09	2.01
	3	2.10	2.01
	4	2.38	2.03
	5	2.42	2.01
	6	2.38	2.02
	7	2.40	2.01
	8	2.23	2.02
	9	2.15	2.02
	10	2.08	2.03
	平均	2.23	2.01
	偏差	0.15	0.01